

**Coagulation Control**
**Level 2**

Ref. 10902-02/10

Lot. 25674

Analita/Analyte	Sistema Analitico/Analytical System	Unità/Unit	Target	Range di Controllo/Control Range		
Antitrombina III/Antithrombin III (AT III)	Instrumentation Laboratory, ACL	%	24,0	19,2	-	28,8
	Roche STA		22,3	17,8	-	26,8
	Siemens BCS		24,6	19,7	-	29,5
Fibrinogeno/Fibrinogen (Fbg)	Instrumentation Laboratory, ACL	mg/dL	100	80	-	120
	Roche STA		108	86	-	130
	Siemens BCS		109	87	-	131
T. di Protrombina/Prothrombin T. (PT)	Instrumentation Laboratory, ACL	%	25,7	20,6	-	30,8
	Roche STA		27,2	21,8	-	32,6
	Siemens BCS		27,4	21,9	-	32,9
T. di Tromboplastina Attivata Parziale/ Acitvated Partial Thromboplastin Time (aPTT)	Instrumentation Laboratory, ACL	sec	147	118	-	176
	Roche STA		155	124	-	186
	Siemens BCS		162	130	-	194
T. di Trombina/Thrombin Time (TT)	Instrumentation Laboratory, ACL	sec	28,5	22,8	-	34,2
	Roche STA		30,7	24,6	-	36,8
	Siemens BCS		27,2	21,8	-	32,6